

Cyklus EHK: VVV1/24 - Diagnostika vrožených vývojových vad

Stop termín: 19.4.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
1. trimestr							
(242) Riziko Downova syndromu		46				0	
Matka X1		46			46	43	93
Všechny výsledky	CVP >>>	43	93	Riziko není zvýšené			
		3	6,5	Riziko je zvýšené nebo vysoké			
Matka Y1		46				0	
Všechny výsledky	±	36	78	Riziko není zvýšené			
	±	10	22	Riziko je zvýšené nebo vysoké			
(244) Riziko Edwardsova syndromu		44			44	44	100
Matka X1		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Riziko není zvýšené			
Matka Y1		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Riziko není zvýšené			
2. trimestr							
(386) Riziko Downova syndromu		41			41	41	100
Matka X2		41			41	41	100
Všechny výsledky	CVP >>>	41	100	Riziko není zvýšené			
Matka Y2		41			41	41	100
Všechny výsledky	CVP >>>	41	100	Riziko není zvýšené			
(387) Riziko Edwardsova syndromu		38			38	38	100
Matka X2		38			38	38	100
Všechny výsledky	CVP >>>	38	100	Riziko není zvýšené			
Matka Y2		38			38	38	100
Všechny výsledky	CVP >>>	38	100	Riziko není zvýšené			
(389) Riziko NTD		41			41	41	100
Matka X2		41			41	41	100
Všechny výsledky	CVP >>>	41	100	Riziko není zvýšené			
Matka Y2		41			41	41	100
Všechny výsledky	CVP >>>	41	100	Riziko je zvýšené nebo vysoké			