

Cyklus EHK: AIM11/25 - Autoimunita 1

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(560) ANA screening (protilátky proti jádru buňky) - průkaz		19			19	19	100
Vzorek A1		19			19	19	100
Všechny výsledky	CVP >>>	19	100	Pozitivní			
Vzorek B1		19			19	19	100
Všechny výsledky	CVP >>>	19	100	Negativní			
(572) ANA screening (protilátky proti jádru buňky) - semikvantita		12			0		
Vzorek A1		12			0		
Všechny výsledky	±	2	17	titr 40			
	±	1	8,3	titr 80			
	±	2	17	titr 320			
	±	5	42	titr 1280			
	±	2	17	titr 2560			
Vzorek B1		12			0		
Všechny výsledky	±	5	42	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	25	titr 40			
	±	3	25	titr 80			
	±	1	8,3	titr 2560			
(561) ANA - typ fluorescence jádra		15			15	13	87
Vzorek A1		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Jemně nebo hrubě zrnitá nebo nukleární matrix (AC-4/AC-5)			
Vzorek B1		15			15	13	87
Všechny výsledky		2	13	Neuvedeno			
	CVP >>>	13	87	Žádná fluorescence (AC-0)			
(563) ANA screening (protilátky proti cytoplasmě) - průkaz		15			15	15	100
Vzorek A1		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní			
Vzorek B1		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní			
(573) ANA screening (protilátky proti cytoplasmě) - semikvantita		12			0		
Vzorek A1		12			0		
Všechny výsledky	±	5	42	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	25	titr 40			
	±	3	25	titr 80			
	±	1	8,3	titr 2560			
Vzorek B1		12			0		
Všechny výsledky	±	5	42	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	25	titr 40			
	±	3	25	titr 80			
	±	1	8,3	titr 2560			
(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy		13			13	13	100
Vzorek A1		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Žádná fluorescence (AC-0)			
Vzorek B1		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Žádná fluorescence (AC-0)			
Sada 2							
(585) anti-centromery		16			16	16	100
Vzorek A2		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Negativní			
Vzorek B2		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Negativní			
(584) anti-ENA, antigen Jo-1		17			17	17	100
Vzorek A2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
Vzorek B2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			

Cyklus EHK: AIM11/25 - Autoimunita 1

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(583) anti-ENA, antigen RNP		17			17	15	88
Vzorek A2		17			17	15	88
Všechny výsledky		2	12	Negativní			
	CVP >>>	15	88	Pozitivní			
Vzorek B2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
(582) anti-ENA, antigen Scl-70		17			17	17	100
Vzorek A2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
Vzorek B2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
(580) anti-ENA, antigen SS-A/Ro-60		17			17	17	100
Vzorek A2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Pozitivní			
Vzorek B2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
(581) anti-ENA, antigen SS-B/La		17			17	17	100
Vzorek A2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Pozitivní			
Vzorek B2		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
Sada 3							
(588) anti-dsDNA imunofluorescence - průkaz		7			7	6	86
Vzorek A3		7			7	6	86
Všechny výsledky		6	86	Negativní			
		1	14	Pozitivní			
Vzorek B3		7			7	6	86
Všechny výsledky		1	14	Negativní			
	CVP >>>	6	86	Pozitivní			
(577) anti-dsDNA imunofluorescence - semikvantita		6			0		
Vzorek A3		6			0		
Všechny výsledky		± 3	50	titr 0 (neměřitelný)			
		± 2	33	titr 10			
		± 1	17	titr 2560			
Vzorek B3		6			0		
Všechny výsledky		± 1	17	titr 10			
		± 1	17	titr 80			
		± 2	33	titr 160			
		± 1	17	titr 320			
		± 1	17	titr 2560			
(589) anti-dsDNA jiné metody		13			13	12	92
Vzorek A3		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
Vzorek B3		13			13	12	92
Všechny výsledky		1	7,7	Negativní			
	CVP >>>	12	92	Pozitivní			
Sada 4							
(591) anti-nukleosomy IgG		11			11	11	100
Vzorek A4		11			11	11	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	100	Negativní			
Vzorek B4		11			11	11	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	100	Pozitivní			