

Cyklus EHK: AKS1/25 - Analyty krevního séra

Stop termín: 24.1.2025

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					Návaznost									
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}
Vzorek B (0) Neuvedeno		4,13	0,12	3	53	0						0						53	52	98	
(30) Cholinesteráza	[μkat/L]				15							15	15	100				53			
Vzorek A (0) Neuvedeno		132	3,7	2,8	15	0	CVP	133	1,8	12%	117	149									
Vzorek B (0) Neuvedeno		115	3,8	3,3	15	0	CVP	117	1,8	12%	102	132									
(19) Kreatinin	[μmol/L]				56													56	51	91	
Vzorek A (1) Jaffé		58,1	3,2	5,5	56													56	52	93	
(3) Enzymové stanovení		60,7	5,7	9,3	21	0												21			
Vzorek B (1) Jaffé		86,4	3,2	3,7	56													56	55	98	
(3) Enzymové stanovení		87,2	4,2	4,8	21	0												21			
(17) Kyselina močová	[μmol/L]				53													53	53	100	
Vzorek A (0) Neuvedeno		394	10	2,6	53	0												53	53	100	
Vzorek B (0) Neuvedeno		533	15	2,9	53	0												53	53	100	
(12) Laktát	[mmol/L]				20																
Vzorek A (3) Fotometrická enzymová metoda		4	0,16	4	20		CVP	4,01	0,026	15%	3,4	4,62						20	20	100	
Ostatní		3,97	0,11	2,8	14	0												14			
					6	0												6			
							4x 1, 2x 2														
Vzorek B (3) Fotometrická enzymová metoda		2,94	0,081	2,8	20		CVP	2,98	0,023	15%	2,53	3,43						20	20	100	
Ostatní		2,94	0,09	3,1	14	0												14			
					6	0												6			
							4x 1, 2x 2														
(28) LD	[μkat/L]				43														43	43	100
Vzorek A (0) Neuvedeno		3,33	0,13	4	43	0												43	43	100	
Vzorek B (0) Neuvedeno		4,89	0,19	3,9	43	0												43	43	100	
(29) Lipáza	[μkat/L]				34																
Vzorek A (0) Neuvedeno; (58) Beckman Coulter (AU)		0,993	0,067	6,7	34																
(0) Neuvedeno; (60) Roche		0,985	0,007	0,75	6	0	CVPG	1,03	0,024	24%	0,782	1,28						6			
Ostatní		0,99	0,039	3,9	19	0	CVPG	0,993	0,013	24%	0,754	1,24						19			
					9	0												4			
							4x 0/1, 1x 0/12, 2x 0/116, 1x 0/177, 1x 0/179														
Vzorek B (0) Neuvedeno; (58) Beckman Coulter (AU)		1,97	0,12	6	34																
(0) Neuvedeno; (60) Roche		1,88	0,037	2	6	0	CVPG	1,94	0,044	24%	1,47	2,41						6			
Ostatní		2,01	0,11	5,5	19	0	CVPG	1,98	0,039	24%	1,5	2,46						19			
					9	0												4			
							4x 0/1, 1x 0/12, 2x 0/116, 1x 0/177, 1x 0/179														

