

Cyklus EHK: AKS1/25 - Analyty krevního séra

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D _{max} = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	CVP = konsenzus všech účastníků	UL = horní mez
N _{tot} = celkový počet výsledků	CVPG = konsenzus skupin účastníků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
N _{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
		S _{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					Návaznost								
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}
(22) α-amyláza	[μkat/L]				200							0						199	199	100
Vzorek A		5,93	0,39	6,5	200							0						199	199	100
(1) Abbott		6,29	0,11	1,8	45	0								CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	45
(46) Erba Lachema		6,13	0,38	6,2	7	0								CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	7
(58) Beckman Coulter (AU)		5,96	0,19	3,2	30	0								CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	30
(60) Roche		5,59	0,11	1,9	82	0								CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	82
(162) Siemens (Atellica)		6,34	0,18	2,8	23	0								CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	23
Ostatní					13	0						0								12
							1x 149								1x 5, 2x 12, 1x 85, 1x 149, 4x 177, 4x 179					
Vzorek B		4,75	0,3	6,4	200							0						199	199	100
(1) Abbott		5,04	0,069	1,4	45	0								CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51	45
(46) Erba Lachema		4,9	0,35	7,1	7	0								CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51	7
(58) Beckman Coulter (AU)		4,77	0,14	3	30	0								CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51	30
(60) Roche		4,49	0,077	1,7	82	0								CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51	82
(162) Siemens (Atellica)		5,08	0,14	2,8	23	0								CRV	4,79	0,13	15%	4,07	5,51	23
Ostatní					13	0						0								12
							1x 149								1x 5, 2x 12, 1x 85, 1x 149, 4x 177, 4x 179					
(35) α-amyláza pankreatická	[μkat/L]				79							79	78	99						0
Vzorek A		4,97	0,18	3,6	79		CVP	4,97	0,05	18%	4,07	5,87	79	78	99					0
(1) Abbott		4,88	0,091	1,9	22	0									22					
(46) Erba Lachema		5,19	0,47	9,1	8	0									8					
(60) Roche		4,92	0,12	2,5	30	1									30					
(162) Siemens (Atellica)		5,67	0,19	3,3	10	0									10					
Ostatní					9	0									9					
							1x 5, 3x 58, 3x 116, 2x 179													
Vzorek B		3,95	0,15	3,7	79		CVP	3,95	0,041	18%	3,23	4,67	79	79	100					0
(1) Abbott		3,89	0,079	2	22	0									22					
(46) Erba Lachema		4,12	0,39	9,4	8	0									8					
(60) Roche		3,9	0,09	2,3	30	0									30					
(162) Siemens (Atellica)		4,56	0,1	2,3	10	0									10					
Ostatní					9	0									9					
							1x 5, 3x 58, 3x 116, 2x 179													
(32) γ-globulin (elfo)	[-]				52								52	50	96					0
Vzorek A		0,124	0,016	13	52		CVP	0,124	0,006	30%	0,086	0,162	52	50	96					0
(34) Sebia		0,121	0,016	13	41	0									41					
(213) Interlab Srl		0,137	0,013	9,7	10	0									10					
Ostatní					1	0									1					
							1x 100													
Vzorek B		0,124	0,015	12	52		CVP	0,124	0,005	30%	0,086	0,162	52	50	96					0
(34) Sebia		0,121	0,015	12	41	0									41					

Cyklus EHK: AKS1/25 - Analyty krevního séra

Stop termín: 24.1.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů); minimální četnost skupin n = 5

Zkouška		Srovnatelnost										Návaznost											
Vzorek	RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]		
Skupina	[jednotka]		[%]										[%]									[%]	
(213) Interlab Srl	0,131	0,011	8,5	10	0						10												
Ostatní				1	0						1												
						1x 100																	
(10) Albumin	[g/L]				199						199	199	100									0	
Vzorek A		44,4	1,3	2,9	199		CVP	44,4	0,23	10%	39,9	48,9		199	199	100						0	
(1) Abbott		44,5	1,1	2,4	45	0					45												
(46) Erba Lachema		43,5	1,3	2,9	6	0					6												
(58) Beckman Coulter (AU)		43,4	1,3	3	30	0					30												
(60) Roche		44,7	1,2	2,7	82	0					82												
(162) Siemens (Atellica)		45,1	1,4	3,1	21	0					21												
(179) Siemens		44,5	0,74	1,7	6	0					6												
Ostatní					9	0					9												
							2x 12, 1x 77, 1x 85, 1x 149, 1x 166, 3x 177																
Vzorek B		39,3	1,2	3,1	199		CVP	39,3	0,21	10%	35,3	43,3		199	199	100						0	
(1) Abbott		39	1	2,6	45	0					45												
(46) Erba Lachema		38,5	1,3	3,3	6	0					6												
(58) Beckman Coulter (AU)		38,3	1,2	3	30	0					30												
(60) Roche		40	1	2,5	82	0					82												
(162) Siemens (Atellica)		39,4	0,93	2,4	21	0					21												
(179) Siemens		39,3	1,1	2,8	6	0					6												
Ostatní					9	0					9												
							2x 12, 1x 77, 1x 85, 1x 149, 1x 166, 3x 177																
(31) Albumin (elfo)	[-]				52						52	50	96									0	
Vzorek A		0,64	0,04	6,2	52		CVP	0,64	0,014	15%	0,544	0,736		52	50	96						0	
(34) Sebia		0,653	0,029	4,5	41	0					41												
(213) Interlab Srl		0,585	0,047	8	10	0					10												
Ostatní					1	0					1												
							1x 100																
Vzorek B		0,64	0,035	5,4	52		CVP	0,64	0,012	15%	0,544	0,736		52	51	98						0	
(34) Sebia		0,651	0,024	3,7	41	0					41												
(213) Interlab Srl		0,596	0,042	7	10	0					10												
Ostatní					1	0					1												
							1x 100																
(21) ALP	[μkat/L]				202						187	179	96							202	195	97	
Vzorek A		0,784	0,056	7,1	202						187	179	96	CRV	0,828	0,035	18%	0,678	0,978	202	195	97	
(1) Abbott		0,845	0,041	4,8	48	0	CVPG	0,845	0,014	14%	0,726	0,964								48			
(46) Erba Lachema		0,75	0,015	2	5	0	CVPG	0,75	0,042	14%	0,645	0,855								5			
(58) Beckman Coulter (AU)		0,725	0,064	8,9	30	0	CVPG	0,725	0,029	14%	0,623	0,827								30			
(60) Roche		0,771	0,03	3,8	81	0	CVPG	0,771	0,008	14%	0,663	0,879								81			
(162) Siemens (Atellica)		0,783	0,031	3,9	23	0	CVPG	0,783	0,016	14%	0,673	0,893								23			
Ostatní					15	0					0										15		
							1x 5, 2x 12, 1x 85, 1x 149, 2x 158, 4x 177, 4x 179																
Vzorek B		1,84	0,12	6,5	202						187	184	98	CRV	1,987	0,058	18%	1,62	2,35	202	201	100	
(1) Abbott		1,95	0,054	2,8	48	0	CVPG	1,95	0,019	14%	1,67	2,23								48			
(46) Erba Lachema		1,86	0,059	3,2	5	0	CVPG	1,86	0,17	14%	1,59	2,13								5			
(58) Beckman Coulter (AU)		1,9	0,11	5,6	30	0	CVPG	1,9	0,048	14%	1,63	2,17								30			

Cyklus EHK: AKS1/25 - Analyty krevního séra

Stop termín: 24.1.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů); minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					Návaznost												
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]		
Vzorek B		1,2	0,032	2,7	191							0		CRV	1,191	0,023	15%	1,01	1,37	191	189	99		
(1) Abbott		1,21	0,041	3,4	47	0																47		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,19	0,033	2,8	29	0																	29	
(60) Roche		1,21	0,027	2,3	78	0																	78	
(162) Siemens (Atellica)		1,21	0,02	1,7	20	0																	20	
(179) Siemens		1,18	0,022	1,9	6	0																	6	
Ostatní					11	0																	11	
		2x 12, 1x 46, 3x 77, 1x 85, 1x 149, 3x 177																						
(3) Chloridový anion	[mmol/L]					209						209	205	98								0		
Vzorek A		115	3,7	3,2	209		CVP	115	0,63	7%	106	124	209	207	99						0			
(1) Abbott		120	1,5	1,2	50	0							50											
(58) Beckman Coulter (AU)		115	1,2	1	30	0							30											
(60) Roche		113	1,9	1,7	86	0							86											
(162) Siemens (Atellica)		117	2,2	1,9	22	0							22											
(179) Siemens		117	2,1	1,8	8	0							8											
Ostatní					13	0							13											
		1x 11, 2x 12, 4x 46, 1x 149, 1x 166, 3x 177, 1x 178																						
Vzorek B		102	3,7	3,6	209		CVP	102	0,63	7%	94,8	110	209	207	99						0			
(1) Abbott		106	1,2	1,2	50	0							50											
(58) Beckman Coulter (AU)		102	1,2	1,2	30	0							30											
(60) Roche		99,2	1,9	1,9	86	0							86											
(162) Siemens (Atellica)		104	1,9	1,8	22	0							22											
(179) Siemens		104	2,7	2,6	8	0							8											
Ostatní					13	0							13											
		1x 11, 2x 12, 4x 46, 1x 149, 1x 166, 3x 177, 1x 178																						
(15) Cholesterol	[mmol/L]					194								0								193	190	98
Vzorek A		4,41	0,12	2,7	194								0						193	191	99			
(1) Abbott		4,43	0,099	2,2	47	0								CRV	4,483	0,045	9%	4,07	4,89			47		
(46) Erba Lachema		4,5	0,052	1,2	9	0								CRV	4,483	0,045	9%	4,07	4,89			9		
(58) Beckman Coulter (AU)		4,54	0,095	2,1	29	0								CRV	4,483	0,045	9%	4,07	4,89			29		
(60) Roche		4,36	0,1	2,4	77	0								CRV	4,483	0,045	9%	4,07	4,89			77		
(162) Siemens (Atellica)		4,38	0,072	1,6	18	0								CRV	4,483	0,045	9%	4,07	4,89			18		
Ostatní					14	0							0										13	
		1x 149																						
Vzorek B		4,16	0,11	2,6	194								0						193	192	99			
(1) Abbott		4,16	0,093	2,2	47	0								CRV	4,145	0,041	9%	3,77	4,52			47		
(46) Erba Lachema		4,21	0,052	1,2	9	0								CRV	4,145	0,041	9%	3,77	4,52			9		
(58) Beckman Coulter (AU)		4,25	0,12	2,8	29	0								CRV	4,145	0,041	9%	3,77	4,52			29		
(60) Roche		4,12	0,1	2,4	77	0								CRV	4,145	0,041	9%	3,77	4,52			77		
(162) Siemens (Atellica)		4,17	0,091	2,2	18	0								CRV	4,145	0,041	9%	3,77	4,52			18		
Ostatní					14	0							0										13	
		1x 149																						
(30) Cholinesteráza	[μkat/L]					56						56	56	100								0		
Vzorek A		134	6,3	4,7	56						56	56	100						0					
(1) Abbott		138	4,1	2,9	11	0	CVP	133	1,8	12%	117	149	11											
(46) Erba Lachema		132	6,7	5,1	8	0	CVP	133	1,8	12%	117	149	8											

