

## Cyklus EHK: ALB1/25 - Stanovení albuminu v moči

Stop termín: 4.4.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(470) <b>ACR</b>	[g/mol]				41							41	40	98	
<b>Vzorek A</b>												41	41	100	
(0) neuvedeno		5,51	0,39	7,1	41	0	CVP	5,41	0,088	24%	4,11	6,71	41		
<b>Vzorek B</b>												41	40	98	
(0) neuvedeno		4,73	0,31	6,7	41	0	CVP	4,56	0,068	24%	3,46	5,66	41		
(369) <b>Albumin</b>	[mg/L]				46							46	45	98	
<b>Vzorek A</b>		30,6	1,5	5,1	46		CVP	30,5	0,33	21%	24	37	46	46	
(1) Abbott		31	1,5	4,8	7	0							7		
(58) Beckman Coulter (AU)		30,7	0,9	2,9	13	0							13		
(60) Roche		30,7	1,9	6,1	18	0							18		
Ostatní					8	0							8		
								1x 0, 3x 12, 1x 149, 1x 162, 2x 179							
<b>Vzorek B</b>		60,3	2,8	4,6	46		CVP	58,9	0,65	21%	46,5	71,3	46	45	
(1) Abbott		61,3	1,7	2,8	7	0							7		
(58) Beckman Coulter (AU)		61,3	1,7	2,8	13	0							13		
(60) Roche		58,6	3,2	5,4	18	0							18		
Ostatní					8	0							8		
								1x 0, 3x 12, 1x 149, 1x 162, 2x 179							
(408) <b>Kreatinin</b>	[mmol/L]				44							44	44	100	
<b>Vzorek A</b>		5,54	0,24	4,3	44		CVP	5,61	0,036	16%	4,71	6,51	44	44	
(1) Abbott		5,45	0,14	2,6	8	0							8		
(58) Beckman Coulter (AU)		5,55	0,29	5,2	15	0							15		
(60) Roche		5,63	0,19	3,3	15	0							15		
Ostatní					6	0							6		
								1x 0, 2x 5, 1x 12, 1x 149, 1x 162							
<b>Vzorek B</b>		12,8	0,51	4	44		CVP	12,9	0,076	16%	10,8	15	44	44	
(1) Abbott		12,6	0,44	3,5	8	0							8		
(58) Beckman Coulter (AU)		12,8	0,68	5,3	15	0							15		
(60) Roche		12,9	0,34	2,6	15	0							15		
Ostatní					6	0							6		
								1x 0, 2x 5, 1x 12, 1x 149, 1x 162							