

Cyklus EHK: CRP1/25 - Stanovení CRP

Stop termín: 21.3.2025

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

AV = vztažná hodnota

D_{max} = přijatelný rozdíl

SD = směrodatná odchylka

CVP = konsenzus všech účastníků

LL = dolní mez

CV = variační koeficient

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

UL = horní mez

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtemN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				71							71	70	99	
Vzorek A		10,1	0,59	5,9	71		CVP	10,1	0,1	24%	7,67	12,6	71	70	99
(2) Imunoturbidimetrie		10,1	0,59	5,9	70	0						70			
Ostatní					1	0						1			
							1x 3								
Vzorek B		62,7	5,1	8,2	71		CVP	62	0,63	24%	47,1	76,9	71	71	100
(2) Imunoturbidimetrie		62,6	5	8,1	70	0						70			
Ostatní					1	0						1			
							1x 3								