

Cyklus EHK: CSFF1/25 - Izoelektrická fokusace likvoru

Stop termín: 7.2.2025

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(289) Počet pásů IgG v likvoru		19				0	
Vzorky F1+F2		19				0	
Všechny výsledky	±	18	95	0 (pásy nejsou přítomny)			
	±	1	5,3	1 pás			
(290) Počet pásů IgG v plazmě		19				0	
Vzorky F1+F2		19				0	
Všechny výsledky	±	18	95	0 (pásy nejsou přítomny)			
	±	1	5,3	1 pás			
(291) Výsledný vzorec		19			19	19	100
Vzorky F1+F2		19			19	19	100
Všechny výsledky	CVP >>>	19	100	Vzorec I			
(292) Intratekální syntéza IgG		19			19	19	100
Vzorky F1+F2		19			19	19	100
Všechny výsledky	CVP >>>	19	100	Nepřítomna			