

Cyklus EHK: CSFK1/25 - Klinická analýza likvoru

Stop termín: 7.2.2025

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(411) Intratek. synt. IgA		21			21	21	100
Vzorek K		21			21	21	100
Všechny výsledky	CVP >>>	21	100	Syntéza není přítomna			
(410) Intratek. synt. IgG		38			38	38	100
Vzorek K		38			38	38	100
Všechny výsledky	CVP >>>	38	100	Syntéza není přítomna			
(412) Intratek. synt. IgM		24			24	24	100
Vzorek K		24			24	24	100
Všechny výsledky	CVP >>>	24	100	Syntéza není přítomna			
(413) Permeabilita bariéry		46			46	45	98
Vzorek K		46			46	45	98
Všechny výsledky	CVP >>>	45	98	Permeabilita BCB není zvýšená			
		1	2.2	Permeabilita BCB je zvýšená			