

## Cyklus EHK: CSFK1/25 - Klinická analýza likvoru

Stop termín: 7.2.2025

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(411) Intratek. synt. IgA</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek K</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Syntéza není přítomna			
<b>(410) Intratek. synt. IgG</b>		10			10	10	100
<b>Vzorek K</b>		10			10	10	100
Všechny výsledky	CVP >>>	10	100	Syntéza není přítomna			
<b>(412) Intratek. synt. IgM</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek K</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Syntéza není přítomna			
<b>(413) Permeabilita bariéry</b>		11			11	11	100
<b>Vzorek K</b>		11			11	11	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	100	Permeabilita BCB není zvýšená			