

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		67			67	67	100
Vzorek A		67			67	67	100
Všechny výsledky	CVP >>>	67	100	Negativní			
Vzorek B		67			67	67	100
Všechny výsledky	CVP >>>	67	100	Negativní			
(264) Celková bílkovina		66			66	60	91
Vzorek A		66			66	64	97
Všechny výsledky	CVP >>>	64	97	Negativní, < 0,3 g/L			
		2	3	0,3 - 0,5 g/L			
Vzorek B		66			66	61	92
Všechny výsledky	>	6	9,1	0,3 - 0,5 g/L			
	CVP >>>	55	83	0,51 - 2,5 g/L			
		5	7,6	> 2,5 g/L			
(261) Glukóza		68			68	60	88
Vzorek A		68			68	66	97
Všechny výsledky	CVP >>>	45	66	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	21	31	2,81 - 11 mmol/L			
		2	2,9	11,1 - 28 mmol/L			
Vzorek B		68			68	62	91
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
		5	7,4	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	47	69	11,1 - 28 mmol/L			
	CVP >>>	15	22	> 28 mmol/L			
(275) hCG		4			4	4	100
Vzorek A		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Negativní			
Vzorek B		4			4	4	100
Všechny výsledky	CVP >>>	4	100	Pozitivní			
(263) Ketony		68			68	66	97
Vzorek A		68			68	67	99
Všechny výsledky	CVP >>>	67	99	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	1,5	3+, 4+			
Vzorek B		68			68	66	97
Všechny výsledky	CVP >>>	66	97	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		2	2,9	1+, 2+			
(272) Krev		68			68	68	100
Vzorek A		68			68	68	100
Všechny výsledky	CVP >>>	68	100	Negativní			
Vzorek B		68			68	68	100
Všechny výsledky	CVP >>>	68	100	Negativní			
(270) Leukocyty		64			64	64	100
Vzorek A		64			64	64	100
Všechny výsledky	CVP >>>	64	100	Negativní			
Vzorek B		64			64	64	100
Všechny výsledky	CVP >>>	64	100	Negativní			
(274) Nitrity		67			67	66	99
Vzorek A		67			67	66	99
Všechny výsledky	CVP >>>	66	99	Negativní			
		1	1,5	Pozitivní			
Vzorek B		67			67	66	99
Všechny výsledky	CVP >>>	66	99	Negativní			
		1	1,5	Pozitivní			
(273) pH		68			68	67	99
Vzorek A		68			68	67	99
Všechny výsledky		1	1,5	Neuvedeno			
	>	2	2,9	5,5			
	>	22	32	6,0			
	CVP >>>	31	46	6,5			
	>	12	18	7,0			
Vzorek B		68			68	68	100
Všechny výsledky	>	24	35	6,0			
	CVP >>>	43	63	6,5			
	>	1	1,5	7,0			

Cyklus EHK: DGP2/25 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 2.5.2025

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(266) Urobilinogen		68			68	66	97
Vzorek A		68			68	66	97
Všechny výsledky	CVP >>>	66	97	Negativní, < 17 µmol/L			
		2	2,9	1+, 2+			
Vzorek B		68			68	66	97
Všechny výsledky	CVP >>>	66	97	Negativní, < 17 µmol/L			
		2	2,9	1+, 2+			