

Cyklus EHK: DIF1/25 - Hodnocení nátěru periferní krve

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: všechna data

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D _{max} = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CVE = konsenzus expertů	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	UL = horní mez
N _{tot} = celkový počet výsledků		N _{eva} = počet hodnocených výsledků
N _{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem		N _{suc} = počet úspěšných výsledků
SD, CV, U _{AV} , D _{max} neuvádíme u zkoušek s binomickým rozdělením		S _{rel} = relativní úspěšnost

Vzorek Zkouška Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
Vzorek A															
(901) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	144	99	
Blasty															
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0		0	0,018	145			
(902) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	145	100	
Promyelocyty															
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0		0	0,018	145			
(903) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	145	100	
Neutrofilní myelocyty															
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0,001		0	0,018	145			
(904) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	145	100	
Neutrofilní metamyelocyty															
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0		0	0,018	145			
(905) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	138	95	
Neutrofilní tyče															
Všechny výsledky		0,008			145	0	CVE	0,006		0	0,028	145			
(906) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	140	97	
Neutrofilní segmenty															
Všechny výsledky		0,589			145	0	CVE	0,584		0,513	0,654	145			
(907) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	145	100	
Eozinofily - mladší formy															
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0		0	0,018	145			
(908) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	138	95	
Eozinofilní segmenty															
Všechny výsledky		0,01			145	0	CVE	0,008		0,001	0,036	145			
(909) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	122	84	
Bazofilní granulocyty															
Všechny výsledky		0,008			145	0	CVE	0,01		0,001	0,036	145			
(910) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	141	97	
Monocyty															
Všechny výsledky		0,069			145	0	CVE	0,067		0,035	0,109	145			
(911) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	137	94	
Lymfocyty															
Všechny výsledky		0,312			145	0	CVE	0,321		0,256	0,389	145			
(912) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	145	100	
Plazmatické buňky															
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0		0	0,018	145			
(940) Erytroblasty [na 100 difer. buněk]												145	135	93	
Všechny výsledky		10,6			145	0	CVE	11		7	16	145			
Vzorek B															
(901) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	129	89	
Blasty															
Všechny výsledky		0,078			145	0	CVE	0,072		0,039	0,115	145			
(902) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	120	83	
Promyelocyty															
Všechny výsledky		0,01			145	0	CVE	0,008		0,001	0,036	145			
(903) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	134	92	
Neutrofilní myelocyty															
Všechny výsledky		0,05			145	0	CVE	0,057		0,028	0,096	145			
(904) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	131	90	
Neutrofilní metamyelocyty															
Všechny výsledky		0,052			145	0	CVE	0,047		0,021	0,084	145			
(905) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	122	84	
Neutrofilní tyče															
Všechny výsledky		0,115			145	0	CVE	0,114		0,074	0,168	145			
(906) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	117	81	
Neutrofilní segmenty															
Všechny výsledky		0,511			145	0	CVE	0,497		0,424	0,566	145			
(907) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	114	79	
Eozinofily - mladší formy															
Všechny výsledky		0,011			145	0	CVE	0,013		0,003	0,043	145			

Cyklus EHK: DIF1/25 - Hodnocení nátěru periferní krve

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: všechna data

Vzorek Zkouška Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL			
(908) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	127	88
Eozinofilní segmenty														
Všechny výsledky		0,026			145	0	CVE	0,031		0,011	0,064	145		
(909) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	94	65
Bazofilní granulocyty														
Všechny výsledky		0,068			145	0	CVE	0,093		0,058	0,144	145		
(910) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	124	86
Monocyty														
Všechny výsledky		0,01			145	0	CVE	0,008		0,001	0,036	145		
(911) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	138	95
Lymfocyty														
Všechny výsledky		0,062			145	0	CVE	0,061		0,031	0,102	145		
(912) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											145	145	100
Plazmatické buňky														
Všechny výsledky		0			145	0	CVE	0		0	0,018	145		
(940) Erytroblasty	[na 100 difer. buněk]											145	144	99
Všechny výsledky		1,26			145	0	CVE	1		0	4	145		