

## Cyklus EHK: FC1/25 - Kalprotektin ve stolici

Stop termín: 28.2.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(223) Kalprotektin</b>		75			75	72	96
<b>Vzorek A</b>		75			75	73	97
(8) Eurospital	CVP >>>	7	9,3	Pozitivní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8	Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	9	12	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	11	Pozitivní			
(200) BodiTech	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	8	Pozitivní			
(219) Bühlmann		1	1,3	Negativní			
		1	1,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	21	28	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	10	13	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		75			75	74	99
(8) Eurospital	CVP >>>	7	9,3	Negativní			
(49) BioVendor	CVP >>>	2	2,7	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	2	2,7	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8	Negativní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	9	12	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	11	Negativní			
(200) BodiTech	CVP >>>	1	1,3	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	8	Negativní			
(219) Bühlmann	CVP >>>	23	31	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	9	12	Negativní			
		1	1,3	Pozitivní			