

## Cyklus EHK: HIL1/25 - Sérové indexy

Stop termín: 18.4.2025

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(504) Hemolytický index (kvalitativně)</b>		81			80	77	96
<b>Vzorek A</b>		81			80	78	98
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,2	Index 3			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,2	Index 0 (negativní)			
	CVPG >>>	39	48	Index 1			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	10	12	Index 0 (negativní)			
	>	6	7,4	Index 1			
		1	1,2	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	2,5	Index 0 (negativní)			
	CVPG >>>	20	25	Index 1			
		1	1,2	Index 3			
<b>Vzorek B</b>		81			80	78	98
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,2	Index 3			
(4) Ordinální škála: 0 - 4		1	1,2	Index 1			
	CVPG >>>	39	48	Index 2			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	16	20	Index 1			
		1	1,2	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	2,5	Index 1			
	CVPG >>>	18	22	Index 2			
	>	3	3,7	Index 3			
<b>(505) Ikterický index (kvalitativně)</b>		81			80	78	98
<b>Vzorek A</b>		81			80	78	98
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,2	Index 3			
(4) Ordinální škála: 0 - 4		1	1,2	Index 2			
	CVPG >>>	39	48	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	15	19	Index 3			
	>	1	1,2	Index 4			
		1	1,2	Index 5			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	7	8,6	Index 2			
	CVPG >>>	15	19	Index 3			
	>	1	1,2	Index 4			
<b>Vzorek B</b>		81			80	79	99
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4	>	1	1,2	Index 2			
	CVPG >>>	39	48	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	15	19	Index 2			
	>	1	1,2	Index 3			
		1	1,2	Index 4			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	2	2,5	Index 1			
	CVPG >>>	20	25	Index 2			
	>	1	1,2	Index 3			
<b>(506) Lipemický index (kvalitativně)</b>		84			83	80	96
<b>Vzorek A</b>		84			83	80	96
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4		1	1,2	Index 1			
	CVPG >>>	42	50	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	16	19	Index 3			
		1	1,2	Index 5			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	13	15	Index 2			
	>	9	11	Index 3			
		1	1,2	Index 4			
<b>Vzorek B</b>		84			83	80	96
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	±	1	1,2	Index 4			
(4) Ordinální škála: 0 - 4		1	1,2	Index 1			
	>	1	1,2	Index 3			
	CVPG >>>	41	49	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	16	19	Index 2			
		1	1,2	Index 5			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	22	26	Index 2			
		1	1,2	Index 4			

## Cyklus EHK: HIL1/25 - Sérové indexy

Stop termín: 18.4.2025

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(510) Úloha 1: Je požadováno stanovení alaninaminotransferázy (ALT). Vydáte výsledek?</b>					163		0
<b>Vzorek A</b>		163					0
Všechny výsledky	±	50	31	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	30	18	Ano, ale s komentářem			
	±	3	1,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	11	6,7	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	69	42	Ano			
<b>Vzorek B</b>		163					0
Všechny výsledky	±	56	34	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	41	25	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,6	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	8	4,9	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	57	35	Ano			
<b>(511) Úloha 2: Je požadováno stanovení laktátdehydrogenázy (LD). Vydáte výsledek?</b>					162		0
<b>Vzorek A</b>		162					0
Všechny výsledky	±	78	48	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	35	22	Ano, ale s komentářem			
	±	4	2,5	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	45	28	Ano			
<b>Vzorek B</b>		162					0
Všechny výsledky	±	126	78	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	27	17	Ano, ale s komentářem			
	±	9	5,6	Ano			
<b>(512) Úloha 3: Je požadováno stanovení anorganických fosfátů. Vydáte výsledek?</b>					164		0
<b>Vzorek A</b>		164					0
Všechny výsledky	±	29	18	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	30	18	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,6	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	3	1,8	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku a s komentářem			
	±	101	62	Ano			
<b>Vzorek B</b>		164					0
Všechny výsledky	±	45	27	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	35	21	Ano, ale s komentářem			
	±	1	0,6	Ano, ale až po úpravě vzorku a/nebo korekci výsledku			
	±	83	51	Ano			