

Cyklus EHK: HIL1/25 - Sérové indexy

Stop termín: 18.4.2025

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVPG = konsenzus skupin účastníků	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků		S _{rel} = relativní úspěšnost
>>> ... očekávaný výsledek		
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků			Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(504) Hemolytický index (kvalitativně)		5			5	5	100
Vzorek A		5			5	5	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	20	Index 1			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	2	40	Index 0 (negativní)			
	>	1	20	Index 1			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	20	Index 1			
Vzorek B		5			5	5	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	20	Index 2			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	3	60	Index 1			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	20	Index 2			
(505) Ikterický index (kvalitativně)		5			5	5	100
Vzorek A		5			5	5	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	20	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	3	60	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	>	1	20	Index 2			
Vzorek B		5			5	5	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	20	Index 3			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	3	60	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	20	Index 2			
(506) Lipemický index (kvalitativně)		5			5	5	100
Vzorek A		5			5	5	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	20	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	3	60	Index 3			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	20	Index 2			
Vzorek B		5			5	5	100
(4) Ordinální škála: 0 - 4	CVPG >>>	1	20	Index 4			
(5) Ordinální škála: 0 - 5	CVPG >>>	3	60	Index 2			
(6) Ordinální škála: 0 - 6	CVPG >>>	1	20	Index 2			
(510) Úloha 1: Je požadováno stanovení alaninaminotransferázy (ALT). Vydáte výsledek?		12			0		
Vzorek A		12			0		
Všechny výsledky	±	6	50	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	2	17	Ano, ale s komentářem			
	±	4	33	Ano			
Vzorek B		12			0		
Všechny výsledky	±	5	42	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	2	17	Ano, ale s komentářem			
	±	5	42	Ano			
(511) Úloha 2: Je požadováno stanovení laktátdehydrogenázy (LD). Vydáte výsledek?		12			0		
Vzorek A		12			0		
Všechny výsledky	±	9	75	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	1	8,3	Ano, ale s komentářem			
	±	2	17	Ano			
Vzorek B		12			0		
Všechny výsledky	±	8	67	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	2	17	Ano, ale s komentářem			
	±	2	17	Ano			
(512) Úloha 3: Je požadováno stanovení anorganických fosfátů. Vydáte výsledek?		12			0		
Vzorek A		12			0		
Všechny výsledky	±	1	8,3	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	3	25	Ano, ale s komentářem			
	±	8	67	Ano			
Vzorek B		12			0		
Všechny výsledky	±	3	25	Ne (zdůvodníme v komentáři)			
	±	4	33	Ano, ale s komentářem			
	±	5	42	Ano			