

Cyklus EHK: HR1/25 - Hormonální receptory

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1076) ER pozice 1		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	65	98	Pozitivní			
(1077) ER pozice 2		65			65	65	100
Skla EHK		65			65	65	100
Všechny výsledky	CVP >>>	65	100	Pozitivní			
(1078) ER pozice 3		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky	CVP >>>	65	98	Negativní			
		1	1,5	Pozitivní			
(1079) ER pozice 4		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1080) ER pozice 5		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1081) ER pozice 6		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky	CVP >>>	65	98	Negativní			
		1	1,5	Pozitivní			
(1082) ER pozice 7		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1083) ER pozice 8		66			66	64	97
Skla EHK		66			66	64	97
Všechny výsledky	CVP >>>	64	97	Negativní			
		2	3	Pozitivní			
(1084) ER pozice 9		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1085) ER pozice 10		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1096) PgR pozice 1		66			66	65	98
Skla EHK		66			66	65	98
Všechny výsledky	CVP >>>	1	1,5	Negativní			
		65	98	Pozitivní			
(1097) PgR pozice 2		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1098) PgR pozice 3		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1099) PgR pozice 4		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1100) PgR pozice 5		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1101) PgR pozice 6		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			
(1102) PgR pozice 7		66			66	62	94
Skla EHK		66			66	62	94
Všechny výsledky	CVP >>>	4	6,1	Negativní			
		62	94	Pozitivní			
(1103) PgR pozice 8		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Negativní			
(1104) PgR pozice 9		63			0		
Skla EHK		63			0		
Všechny výsledky	±	19	30	Negativní			
	±	44	70	Pozitivní			

Cyklus EHK: HR1/25 - Hormonální receptory

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1105) PgR pozice 10		66			66	66	100
Skla EHK		66			66	66	100
Všechny výsledky	CVP >>>	66	100	Pozitivní			