

## Cyklus EHK: IFT1/25 - Imunofenotypizace

Stop termín: 7.4.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(259) HLA-B27		64			64	63	98
<b>Vzorek A</b>		64			64	63	98
(12) Beckman Coulter	>	3	4,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	40	63	Pozitivní			
(36) Immunotech	>	1	1,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson		1	1,6	Negativní			
	>	1	1,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	9	14	Pozitivní			
(177) Mindray	>	2	3,1	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	5	7,8	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		64			64	64	100
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	43	67	Negativní			
(36) Immunotech	CVP >>>	2	3,1	Negativní			
(88) Becton Dickinson	CVP >>>	11	17	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	7	11	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,6	Negativní			