

Cyklus EHK: IFT1/25 - Imunofenotypizace

Stop termín: 7.4.2025

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(259) HLA-B27		19			19	18	95
Vzorek A		19			19	18	95
Všechny výsledky		1	5,3	Negativní			
	>	3	16	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	15	79	Pozitivní			
Vzorek B		19			19	19	100
Všechny výsledky	CVP >>>	19	100	Negativní			