

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
CVE = konsenzus expertů	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(601) A1 exprese HER-2/neu		35			35	35	100
Sklo		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVE >>>	30	86	Negativní (0)			
	CVE >>>	5	14	Negativní (1+)			
(602) A2 exprese HER-2/neu		37			37	34	92
Sklo		37			37	34	92
Všechny výsledky	CVE >>>	15	41	Negativní (0)			
	CVE >>>	19	51	Negativní (1+)			
		3	8,1	Slabě pozitivní (2+)			
(603) A3 exprese HER-2/neu		37			37	37	100
Sklo		37			37	37	100
Všechny výsledky	CVE >>>	37	100	Silně pozitivní (3+)			
(606) B1 exprese HER-2/neu		34			34	33	97
Sklo		34			34	33	97
Všechny výsledky	CVE >>>	24	71	Negativní (0)			
	CVE >>>	9	26	Negativní (1+)			
		1	2,9	Slabě pozitivní (2+)			
(607) B2 exprese HER-2/neu		37			37	37	100
Sklo		37			37	37	100
Všechny výsledky	CVE >>>	32	86	Slabě pozitivní (2+)			
	>	5	14	Silně pozitivní (3+)			
(608) B3 exprese HER-2/neu		37			0		
Sklo		37			0		
Všechny výsledky	±	6	16	Negativní (0)			
	±	21	57	Negativní (1+)			
	±	10	27	Slabě pozitivní (2+)			
(611) C1 exprese HER-2/neu		34			34	33	97
Sklo		34			34	33	97
Všechny výsledky	CVE >>>	11	32	Negativní (0)			
	CVE >>>	22	65	Negativní (1+)			
		1	2,9	Slabě pozitivní (2+)			
(612) C2 exprese HER-2/neu		37			0		
Sklo		37			0		
Všechny výsledky	±	3	8,1	Negativní (0)			
	±	27	73	Negativní (1+)			
	±	7	19	Slabě pozitivní (2+)			
(613) C3 exprese HER-2/neu		35			0		
Sklo		35			0		
Všechny výsledky	±	4	11	Negativní (0)			
	±	15	43	Negativní (1+)			
	±	16	46	Slabě pozitivní (2+)			
(616) D1 exprese HER-2/neu		37			37	37	100
Sklo		37			37	37	100
Všechny výsledky	CVE >>>	29	78	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	8	22	Silně pozitivní (3+)			
(617) D2 exprese HER-2/neu		37			37	37	100
Sklo		37			37	37	100
Všechny výsledky	CVE >>>	35	95	Slabě pozitivní (2+)			
	>	2	5,4	Silně pozitivní (3+)			
(618) D3 exprese HER-2/neu		37			37	37	100
Sklo		37			37	37	100
Všechny výsledky	CVE >>>	37	100	Silně pozitivní (3+)			
(621) E1 exprese HER-2/neu		34			34	32	94
Sklo		34			34	32	94
Všechny výsledky	CVE >>>	18	53	Negativní (0)			
	CVE >>>	14	41	Negativní (1+)			
		2	5,9	Slabě pozitivní (2+)			
(622) E2 exprese HER-2/neu		37			37	36	97
Sklo		37			37	36	97
Všechny výsledky	CVE >>>	13	35	Negativní (0)			
	CVE >>>	23	62	Negativní (1+)			
		1	2,7	Slabě pozitivní (2+)			

Cyklus EHK: IHC1/25 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(623) E3 exprese HER-2/neu		25			25	25	100
Sklo		25			25	25	100
Všechny výsledky	CVE >>>	25	100	Negativní (0)			