

## Cyklus EHK: IHC1/25 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
CVE = konsenzus expertů	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>		14			14	14	100
<b>Sklo</b>		14			14	14	100
Všechny výsledky	CVE >>>	13	93	Negativní (0)			
	CVE >>>	1	7,1	Negativní (1+)			
<b>(602) A2 exprese HER-2/neu</b>		15			15	14	93
<b>Sklo</b>		15			15	14	93
Všechny výsledky	CVE >>>	7	47	Negativní (0)			
	CVE >>>	7	47	Negativní (1+)			
		1	6,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(603) A3 exprese HER-2/neu</b>		15			15	15	100
<b>Sklo</b>		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	15	100	Silně pozitivní (3+)			
<b>(606) B1 exprese HER-2/neu</b>		15			15	14	93
<b>Sklo</b>		15			15	14	93
Všechny výsledky	CVE >>>	11	73	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	20	Negativní (1+)			
		1	6,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(607) B2 exprese HER-2/neu</b>		15			15	15	100
<b>Sklo</b>		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	11	73	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	27	Silně pozitivní (3+)			
<b>(608) B3 exprese HER-2/neu</b>		15			0		
<b>Sklo</b>		15			0		
Všechny výsledky	±	2	13	Negativní (0)			
	±	8	53	Negativní (1+)			
	±	5	33	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(611) C1 exprese HER-2/neu</b>		15			15	14	93
<b>Sklo</b>		15			15	14	93
Všechny výsledky	CVE >>>	5	33	Negativní (0)			
	CVE >>>	9	60	Negativní (1+)			
		1	6,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(612) C2 exprese HER-2/neu</b>		15			0		
<b>Sklo</b>		15			0		
Všechny výsledky	±	1	6,7	Negativní (0)			
	±	12	80	Negativní (1+)			
	±	2	13	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(613) C3 exprese HER-2/neu</b>		13			0		
<b>Sklo</b>		13			0		
Všechny výsledky	±	1	7,7	Negativní (0)			
	±	7	54	Negativní (1+)			
	±	5	38	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(616) D1 exprese HER-2/neu</b>		15			15	15	100
<b>Sklo</b>		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	10	67	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	5	33	Silně pozitivní (3+)			
<b>(617) D2 exprese HER-2/neu</b>		15			15	15	100
<b>Sklo</b>		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	14	93	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	6,7	Silně pozitivní (3+)			
<b>(618) D3 exprese HER-2/neu</b>		15			15	15	100
<b>Sklo</b>		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	15	100	Silně pozitivní (3+)			
<b>(621) E1 exprese HER-2/neu</b>		13			13	12	92
<b>Sklo</b>		13			13	12	92
Všechny výsledky	CVE >>>	9	69	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	23	Negativní (1+)			
		1	7,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(622) E2 exprese HER-2/neu</b>		15			15	14	93
<b>Sklo</b>		15			15	14	93
Všechny výsledky	CVE >>>	5	33	Negativní (0)			
	CVE >>>	9	60	Negativní (1+)			
		1	6,7	Slabě pozitivní (2+)			

Cyklus EHK: IHC1/25 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 21.2.2025

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(623) E3 exprese HER-2/neu		12			12	12	100
Sklo		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVE >>>	12	100	Negativní (0)			