

## Cyklus EHK: RF1/25 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(277) <b>anti-CCP IgG</b>		84			84	84	100
<b>Vzorek A1</b>		84			84	84	100
Všechny výsledky	CVP >>>	84	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		84			84	84	100
Všechny výsledky	CVP >>>	84	100	Pozitivní			
(282) <b>anti-MCV IgG</b>		27			27	27	100
<b>Vzorek A1</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		27			27	27	100
Všechny výsledky	CVP >>>	27	100	Pozitivní			
(231) <b>RF (screening)</b>		178			178	178	100
<b>Vzorek A1</b>		178			178	178	100
Všechny výsledky	CVP >>>	178	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		178			178	178	100
Všechny výsledky	CVP >>>	178	100	Pozitivní			
(234) <b>Revmat. faktor IgA</b>		46			46	46	100
<b>Vzorek A1</b>		46			46	46	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		46			46	46	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	100	Pozitivní			
(233) <b>Revmat. faktor IgG</b>		45			45	45	100
<b>Vzorek A1</b>		45			45	45	100
Všechny výsledky	CVP >>>	45	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		45			45	45	100
Všechny výsledky	CVP >>>	45	100	Pozitivní			
(235) <b>Revmat. faktor IgM</b>		46			46	46	100
<b>Vzorek A1</b>		46			46	46	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		46			46	46	100
Všechny výsledky	CVP >>>	46	100	Pozitivní			