

Cyklus EHK: RF1/25 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(277) anti-CCP IgG		84			84	84	100
Vzorek A1		84			84	84	100
(1) Abbott	CVP >>>	21	25	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	4	4,8	Negativní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	9	11	Negativní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	8	9,5	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,6	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,4	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,6	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	9,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	7,1	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	5	6	Negativní			
Vzorek B1		84			84	84	100
(1) Abbott	CVP >>>	21	25	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	4	4,8	Pozitivní			
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	8	9,5	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,6	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,4	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,6	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	8	9,5	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	6	7,1	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	5	6	Pozitivní			
(282) anti-MCV IgG		27			27	27	100
Vzorek A1		27			27	27	100
(34) Sebia	CVP >>>	3	11	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	24	89	Negativní			
Vzorek B1		27			27	27	100
(34) Sebia	CVP >>>	3	11	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	24	89	Pozitivní			
(231) RF (screening)		178			178	178	100
Vzorek A1		178			178	178	100
(1) Abbott	CVP >>>	38	21	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	6	3,4	Negativní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	24	13	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	54	30	Negativní			
(70) Wako	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(75) Randox	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	2	1,1	Negativní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,1	Negativní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	7	3,9	Negativní			
(152) Kamiya Biomedical Company	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	22	12	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	5	2,8	Negativní			
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	7	3,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Negativní			

Cyklus EHK: RF1/25 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 14.3.2025

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Vzorek B1		178			178	178	100
(1) Abbott	CVP >>>	38	21	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	6	3,4	Pozitivní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	24	13	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	54	30	Pozitivní			
(70) Wako	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(75) Randox	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	2	1,1	Pozitivní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,1	Pozitivní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	7	3,9	Pozitivní			
(152) Kamiya Biomedical Company	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	22	12	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	5	2,8	Pozitivní			
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	7	3,9	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(234) Revmat. faktor IgA		46			46	46	100
Vzorek A1		46			46	46	100
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	24	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	46	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,7	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
Vzorek B1		46			46	46	100
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	24	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	46	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,7	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	2,2	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,2	Pozitivní			
(233) Revmat. faktor IgG		45			45	45	100
Vzorek A1		45			45	45	100
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	24	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	47	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,4	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,9	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	11	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
Vzorek B1		45			45	45	100
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2,2	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	24	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	47	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,4	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,9	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	11	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,2	Pozitivní			
(235) Revmat. faktor IgM		46			46	46	100
Vzorek A1		46			46	46	100
(91) Binding Site	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	24	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	46	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,7	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,2	Negativní			
Vzorek B1		46			46	46	100
(91) Binding Site	CVP >>>	1	2,2	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	11	24	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	46	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,7	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,2	Pozitivní			