

Cyklus EHK: IFT1/26 - Imunofenotypizace

Stop termín: 27.4.2026

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(259) HLA-B27		61			61	60	98
Vzorek A		61			61	60	98
(12) Beckman Coulter	>	2	3,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	44	72	Pozitivní			
(36) Immunotech	CVP >>>	2	3,3	Pozitivní			
(88) Becton Dickinson		1	1,6	Negativní			
	>	2	3,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	7	11	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	3	4,9	Pozitivní			
Vzorek B		61			61	61	100
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	46	75	Negativní			
(36) Immunotech	CVP >>>	2	3,3	Negativní			
(88) Becton Dickinson	CVP >>>	10	16	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	3	4,9	Negativní			